Kratka navodila
Accu-Chek® LinkAssist Plus



A sprožilni gumb
B varnostna zaklopka
C odprtina za infuzijski set
D drsnik

Preden infuzijski set vzamete iz ovojnine, si temeljito umijte roke. Komplet za vbod vstavite v napravo za vstavljanje, tako da je obarvani del na hrbtu samolepilnega lističa obrnjen proti varnostni zaklopki.

S samolepilnega obliža odstranite oba dela zaščitne folije.

Drsnik poprimite na obeh straneh in ga povlecite, dokler se ne ustavi. Nato izskoči uvodna igla z mehko kanilo.
Nasvet: Stran, ki je označena z napisom ACCU-CHEK, povlecite malo prej.

Napravo za vstavljanje namestite na izbrano mesto infuzije in jo pritisnite na kožo, tako da se varnostna zaklopka ne vidi.

Pritisnite sprožilni gumb, da vstavite infuzijski set.



Odstranite napravo za vstavljanje.



Preden jo shranite, drsnik potisnite v začetni položaj.



Samolepilni obliž močno pritisnite na mesto infuzije, da se dobro prilepi na kožo.



Odstranite škatlico z uvodno iglo pod pravim kotom, ohišje priključka pa pustite na mestu. Uvodna igla se samodejno vrne v škatlico za iglo.



Na insulinsko črpalko pritrdite komplet za dovajanje in cevko napolnite po navodilih, priloženih insulinski črpalki. Preverite, da v njej ni zračnih mehurčkov.



Napolnjeni komplet za dovajanje povežite z ohišjem priključka. Preden nadaljujete zdravljenje z insulinsko črpalko, napolnite komplet za vbod in mehko kanilo z 0,7 E insulina.

Podrobnejša navodila in pomembne varnostne informacije so v navodilih, priloženih izdelku in infuzijskemu setu.

Dx-0028-2017

Več o izdelkih Accu-Chek in o tem, kako pripomorejo k izboljšanju zdravljenja sladkorne bolezni, je na spletni strani **www.accu-chek.si.**

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU-CHEK INSIGHT FLEX in ACCU-CHEK LINKASSIST PLUS so zaščitene blagovne znamke družbe Roche. © 2017 Roche Diabetes Care.

Roche farmacevtska družba d.o.o.
Brezplačen telefon: 080 12 32
(od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

ACCU-CHEK®